SUPERVISOR TEST

UTICA CITY
POLICE DEPT
DATAMASTER dmt: 107308

Date: 11/17/2026

OPERATOR NAME:
JOSHUA R HARRINGTON
Permit #: 38303
Operator Agency/Dept: UTICA CITY PD
Reference Standard #: 26270

Nominal = 0.10 g/210L

BLANK TEST	0.00	08:13
INTERNAL STANDARD	VERIFIED	08:13
REFERENCE STANDARD TEMP	34.02c	
REFERENCE STANDARD	0.10	08:13
BLANK TEST	0.00	08:14
REFERENCE STANDARD TEMP	34.02c	
REFERENCE STANDARD	0.10	08:14
BLANK TEST	0.00	08:15
REFERENCE STANDARD TEMP	34.02c	
REFERENCE STANDARD	0.10	08:15
BLANK TEST	0.00	08:16

26-46162

